FICHA TÉCNICA ZAFIRO NINA PLUS BRACKET

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Bracket de zafiro monocristalino, con 97% alta transparencia, mimetizándose con el color de los dientes, logrando así la estética deseada por el paciente.
- Tecnología CIM, fabricado en una sola pieza.
- Diseño contorneado, pulido de cristal de las superficies, baja fricción, logrando un deslizamiento óptimo y un mejor rendimiento.
- Dureza y rigidez para posicionar con absoluta fiabilidad el torque y rotación del diente.
- Pueden mantenerse libres de manchas, sin importar que el paciente consuma bebidas o comidas con componentes colorantes.
- Se incorpora JIG (cruz de plástico de color) para el perfecto posicionamiento de los brackets.
- Técnicas disponibles: Roth .022” /.018” y MBT .022”.

MATERIAL

- Compuesto de zafiro mono cristalino, con un 97% de alta transparencia.

TECNOLOGÍA

- Fabricado con el último sistema de tecnología CIM (moldeo a alta presión de polvos provenientes de cerámica compleja), cristalizado en hornos de atmósfera controlada.

DESCRIPCIÓN DE LA BASE

- Base cubierta de esferas de óxido de Zirconio permitiendo una adherencia mecánica con todos los adhesivos ortodónticos.

MEDIDAS DE LA RANURA O SLOT DEL BRACKET

Slot	Ancho	Profundidad
0.018”	0,46 mm	0,76 mm
0.022”	0,56 mm	0,76mm

Técnica: Roth .022” /Roth .018”
Torque: En la base, Indicado en la tabla
Tip o Angulación: Indicada en la tabla
Hook: Distal en el canino (3) y premolares (4-5)

Roth.022”/.018’’ Superior	**15**	**14**	**13**	**12**	**11**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**
Torque	**-7°**	**-7°**	**-2°**	**8°**	**12°**	**12°**	**8°**	**-2°**	**-7°**	**-7°**
Tip	**0°**	**0°**	**10°**	**9°**	**5°**	**5°**	**9°**	**10°**	**0°**	**0°**
Roth.022”/.018’’ Inferior	**45**	**44**	**43**	**42**	**41**	**31**	**32**	**33**	**34**	**35**
Torque	**-17°**	**-12°**	**-6°**	**-6°**	**-6°**	**-6°**	**-6°**	**-6°**	**-12°**	**-17°**
Tip	**2°**	**2°**	**3°**	**0°**	**0°**	**0°**	**0°**	**3°**	**2°**	**2°**

Técnica: MBT .022”
Torque: En la base, Indicado en la tabla
Tip o Angulación: Indicada en la tabla
Hook: Distal en el canino (3) y premolares (4-5)

MBT.022” Superior	**15**	**14**	**13**	**12**	**11**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**
Torque	-7°	-7°	-7°	10°	17°	17°	10°	-7°	-7°	-7°
Tip	0°	0°	8°	8°	4°	4°	8°	8°	0°	0°
MBT.022” Inferior	**45**	**44**	**43**	**42**	**41**	**31**	**32**	**33**	**34**	**35**
Torque	-17°	-12°	-6°	-6°	-6°	-6°	-6°	-6°	-12°	-17°
Tip	2°	2°	3°	0°	0°	0°	0°	3°	2°	2°